


第一季度污水检测



采样依据	HJ 91.1-2019
检测依据	HJ 637-2018、HJ 700-2014 等
检测项目	动植物油、总钒等
评价依据	/
	只提供检测数据，不作结论
检测结论	山东[illegible]检测有限公司 2024 年 03 月 20 日 检验检测专用章
备注	/

编制：

批准：

检测项目	检测结果			备注
	H20240101138-01	H20240101138-02	H20240101138-03	
溶解性总固体，mg/L	801	814	74[illegible]	/
五日生化需氧量，mg/L	8.8	9.2	9.4	/
总有机碳，mg/L	10.2	8.6	9.6	/
氟化物，mg/L	0.353	0.362	0.368	/
阴离子表面活性剂，mg/L	0.148	0.1[illegible]		/

[illegible]
（CMA[illegible]：225132034083[illegible]）
本页以下空白

检 测 报 告

附表一：检测依据

项目	检测标准编号	方法名称	检出限
*可吸附有机卤化物	HJ/T 83-2001	水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色	
总镉	HJ 700-2014	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.05ug
总汞	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	0.04
总铅	HJ 70	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	
总氰化物	HJ 484-2009	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法	

附表二：质控措施

项目	质控结果	质控限
九日生化需氧量，mg/L	67.6±3.1	67.6

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RH2024010113[illegible]

检 测 报 告

项目	标准样品浓度		
[illegible]，ug/L	10.0	9.6	4.0
总锌，ug/L	20.0	21.9	9.5
总镉，ug/L	20.0	20.3	1.5

