BD2504082

企业（点位）名称：山东万达化工有限公司DW001废水排放口

运　营　单　位：山东龙发环保科技有限公司

报　告　日　期：2025.05.19

山东旭正检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号：

表 1 实际水样比对试验考核指标要求

仪器名称	控制指标	控制要求	样品数量要求
	标准样品	≤10%	
	实际水样 COD$_{Cr}$≤30mg/L	≤20%	

检 测 报 告

报告编号：BD2504082

测试项目	COD_{Cr}	在线仪器测量范围	10-1000mg/L

样品编号	时间	测定值（mg/L）	标准值（mg/L）	绝对误差（mg/L）	相对误差（%）	评定	备注
25BD04082GB1001	09:06	499.356	500	—	-0.129	合格	—
25BD04082DB1001	09:58	24.874	25	-0.126	—	合格	—

检 测 报 告

样品编号	时间	测定值 (mg/L)	测定值 (mg/L)	对误差	相对误差 (%)	结果评定	备注
25BD04082GB2001	09:06	44.675	45	—	-0.722	合格	—
25BD04082DB2001	09:58	1.604	1.5	+0.104	—	合格	—
25BD04082DB2002	10:46	1.616	1.5	+0.116	—	合格	—
25BD04082DB2003	11:34	1.611	1.5	+0.111	—	合格	—

检测项目	方法	仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	检出限
[redacted]	色法	[redacted]	[redacted]	12108814	0.2 mg/L

XZ

检 测 报 告

报告编号：[illegible]2504082　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 [illegible] 页

排污企业名称	山东[illegible]化工有限公司	现场检测日期	2025.05.13
测点名称	DW001 废水排放口	分析日期	2025.05.13
工况	生产设备正常稳定运行	样品类型	废水
[illegible]	[illegible]	[illegible]	

现场采样量比对结果							
样品编号	采样时间	在线仪器测定值	现场测定值	比对试验绝对误差	比对试验相对误差（%）	结果评定	备注
—	09:25-09:35	8	8.1	—	-1.23	合格	
[illegible]	10:50-11:00	[illegible]	7.1	—	-1.41	合格	

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
比对结果	合格				

项目单位为m³

报告编制人：郭星明　　报告审核人：[illegible]　　报告签发人：[illegible]

日　期：2025.5.19　　日　期：2025.5.19　　日　期：2025.5.19

XZ

检 测 报 告

报告编[illegible]